

	Coordenação de Enfermagem INCOR – HCFMUSP		DCR CENF 0002	
	Documento para Controle de Registros		Edição: 03	
	Controle diário de Temperatura do Refrigerador		Página: 1/2	
			Vigência: 02/09/2024	

Unidade / área:			Refrigerador nº: () Material Biológico		Termômetro nº:		TEMPERATURA +2°C à +8°C
Mês:	Ano:	Limpeza da Geladeira Data / /	Refrigerador nº: () Medicamentos		Termômetro nº:		

DIA	TEMPERATURA MANHÃ: 07h às 09h					TEMPERATURA TARDE: 13h às 15h					TEMPERATURA NOITE: 19h às 21h					OBSERVAÇÃO (CONDUTA SE TEMPERATURA FORA DA FAIXA RECOMENDADA)
	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

Importante: - Verificar a temperatura com o termômetro digital de máxima, mínima e atual, conservando a temperatura entre + 2 °C a + 8 °C;

- Se a temperatura observada não corresponder as descritas acima, verificar a posição do termômetro e informar o enfermeiro responsável pela unidade sobre o ocorrido para que este providencie o conserto do refrigerador e descarte os medicamentos que podem ter sido afetados pela temperatura irregular;
- É proibido guardar bebidas ou alimentos no refrigerador específico de armazenamento de medicamentos e material biológico;
- Durante o descongelamento e limpeza da geladeira, acondicionar as medicações na geladeira da Ala _____ da unidade _____;
- Todo termômetro deverá ter a certificação específica, que é realizada pela Engenharia Clínica, anualmente.

	Coordenação de Enfermagem INCOR – HCFMUSP	DCR CENF 0002	
	Documento para Controle de Registros	Edição: 03	
	Controle diário de Temperatura do Refrigerador	Página: 2/2	
		Vigência: 02/09/2024	

Unidade / área:	Refrigerador nº	:() Material Biológico	Termômetro nº:	TEMPERATURA +2°C a +8°C
Mês: Ano: Limpeza da Geladeira Data / /	Refrigerador nº	:() Medicamentos	Termômetro nº:	

DIA	TEMPERATURA MANHÃ: 07h às 09h					TEMPERATURA TARDE: 13h às 15h					TEMPERATURA NOITE: 19h às 21h					OBSERVAÇÃO (CONDUTA SE TEMPERATURA FORA DA FAIXA RECOMENDADA)
	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	HORA	ATUAL	MÁX	MIN	NOME (conferente)	
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

Importante: - Verificar a temperatura com o termômetro digital de máxima, mínima e atual, conservando a temperatura entre + 2 °C a + 8 °C;

- Se a temperatura observada não corresponder as descritas acima, verificar a posição do termômetro e informar o enfermeiro responsável pela unidade sobre o ocorrido para que este providencie o conserto do refrigerador e descarte os medicamentos que podem ter sido afetados pela temperatura irregular;

- É proibido guardar bebidas ou alimentos no refrigerador específico de armazenamento de medicamentos e material biológico;

- Durante o descongelamento e limpeza da geladeira, acondicionar as medicações na geladeira da Ala_____da unidade_____;

- Todo termômetro deverá ter a certificação específica, que é realizada pela Engenharia Clínica, anualmente.

(Atualização Logo HCFMUSP). Revisado por: Vanilda Xavier de Carvalho Enfermeira da Coordenação de Enfermagem	Aprovado por: Adriano Rogério Baldacin Rodrigues Diretor da Coordenação de Enfermagem
---	--