


INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Identificação de equipamentos	Código: D.EC.13

Os critérios para identificação dos equipamentos calibrados são:

- 1º – Adotar o número de patrimônio quando existente;
- 2º – Na ausência do número de patrimônio, adotar o número de série quando existente;
- 3º – Na ausência de ambos, e se aplicável, identificar o equipamento com o seguinte código:



Por exemplo, a identificação de um termômetro de vidro (que não possui número de patrimônio nem número de série) da Hematologia, é feita da seguinte forma:

TMV 001/LC - HEO

Nº Revisão: 02	Data: 07/07/09	Pág: 1/1	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--