

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Critérios da determinação para frequência de calibração	Código: D.EC.15

A frequência de calibração será alterada/mantida conforme análise das calibrações executadas durante o ano, de acordo com a tabela abaixo:

Nº de calibrações no ano				Mantém frequência	Diminui frequência	Aumenta frequência
1	2	3	4			
A				X		
R						X
A	A				X	
A	R					X
R	A			X		
R	R					X
A	A	A			X	
A	A	R		X		
A	R	A		X		
A	R	R				X
R	A	A			X	
R	A	R				X
R	R	A				X
R	R	R				X
A	A	A	A		X	
A	A	A	R	X		
A	A	R	A		X	
A	A	R	R	X		
A	R	A	A		X	
A	R	A	R	X		
A	R	R	A	X		
A	R	R	R	X		
R	A	A	A		X	
R	A	A	R	X		
R	A	R	A	X		
R	A	R	R	X		
R	R	A	A	X		
R	R	A	R	X		
R	R	R	A	X		
R	R	R	R	X		

Legenda : A – aprovado; R – reprovado.

Observação:

- As frequências de calibração existentes são de 4, 3, 2 e 1 vez ao ano, sendo que cada mudança de frequência deverá se deslocar para a próxima faixa, anterior ou posterior, conforme análise e critérios da tabela acima.

Nº Revisão: 00	Data: 11/08/03	Pág: 1/2	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	---

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Critérios da determinação para frequência de calibração	Código: D.EC.15

- Especificamente para vidrarias de laboratório, a contagem do intervalo de calibração inicia-se na data de colocação em uso do vidro.

Nº Revisão: 00	Data: 11/08/03	Pág: 2/2	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	---