

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Documento: Tolerância requerida para dispensadores manuais do LAC	Código: D.EC.22

Para os dispensadores manuais do Laboratório de Análises, definiu-se através de consulta aos usuários as seguintes tolerâncias requeridas:

Marca Brand

Tip (ml)	Volume (µl)	Tolerância Requerida (µl)
0,5	10 - 50	± 1,5
1,25	25 - 125	± 3
2,5	50 - 250	± 5
5	100 - 500	± 10
12,5	250 - 1250	± 15
25	500 - 2500	± 25
50	1000 - 5000	± 50

Marca Eppendorf

Tip (ml)	Volume (µl)	Tolerância requerida (µl)
0,05	1 - 5	± 0,8
0,5	10 - 50	± 1,5
1,25	25 - 125	± 3
2,5	50 - 250	± 5
5,0	100 - 500	± 10
12,5	250 - 1250	± 20
25,0	500 - 2500	± 25
50,0	1000 - 5000	± 50

Nº Revisão: 00	Data: 14/08/03	Pág: 1/1	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--