

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Acompanhamento do fornecedor homologado	Código: P.EC.13

FLUXO	RESPONSÁVEL	REF.	OBSERVAÇÃO
1. No caso de calibração	Área-meio/ Engenharia Clínica	Requisição de Pagamento de Contrato	Verificar: - Integridade do equipamento calibrado; - Cumprimento dos prazos de entrega; Anotar eventuais não conformidades destes itens no caderno de registro de não-conformidades. Ocorrendo uma 4ª reincidência de ocorrências, proceder para a troca de fornecedor. Também trocar de fornecedor no caso de aumento abusivo de preços do orçamento e utilização de padrões com certificado fora de validade. O acompanhamento de que o fornecedor contratado está cumprindo com as obrigações fica registrado mensalmente ao se preencher o formulário de Requisição de Pagamento de Contrato
2. No caso de manutenção corretiva/preventiva	Área-meio/ Engenharia Clínica		Avaliar também o prazo de entrega. A integridade e funcionamento é verificado pelo próprio usuário, confirmada com a assinatura da ordem de serviço da empresa. Em caso de problemas é enviada reclamação formal da Engenharia Clínica para a gerência da empresa, para que sejam tomadas as providências. Na 4ª ocorrência registrada no caderno de registro de não -conformidades, deve-se proceder para a desomologação da empresa.

Nº Revisão: 02	Data: 10/10/13	Pág: 1/1	Aprovação: original mantido em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	---