

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Aquisição de materiais permanentes de uso médico (nacionais/importados)	Código: P.EC.15

FLUXO	RESPONSÁVEL	REF.	OBSERVAÇÃO
1. Definição do equipamento a ser adquirido	Área-meio		Área-meio analisa o que quer adquirir, com ou sem suporte da Engenharia Clínica. Não é exigido que a área-meio solicite um orçamento, porém este auxilia na compreensão do equipamento a ser adquirido. Havendo disponibilidade de recursos no HC, gera ou solicita para a Engenharia Clínica, o memorial descritivo.
2. Emissão de memorial descritivo	Engenharia Clínica		Caso solicitada, a Engenharia Clínica gera memorial descritivo com as características principais do equipamento seguindo critérios técnicos, comerciais e organizacionais (tais como registro no Ministério da Saúde, condições para instalação, upgrade de software etc.), de modo a permitir a realização de pregão com várias empresas. Deve ser feita pesquisa com o usuário e com empresas fornecedoras, para estabelecer estas características principais.
3. Solicitação da compra	Área-meio		Recebe o memorial descritivo, anexa-o à requisição de compra e encaminha para a Unidade de Suprimentos.
4. Efetuação da compra	Unidade de Suprimentos		Encaminha expediente para HC gerar processo de pregão, eletrônico ou presencial.
5. Realização do processo de compra	Administrativo do Hospital das Clínicas		Realiza o pregão conforme legislação, homologa o vencedor, gera empenho e solicita entrega

Nº Revisão: 01	Data: 06/09/12	Pág: 1/2	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Aquisição de materiais permanentes de uso médico (nacionais/importados)	Código: P.EC.15

FLUXO	RESPONSÁVEL	REF.	OBSERVAÇÃO
6. Recebimento	Unidade de Suprimentos		Recebe o equipamento e encaminha para a Engenharia Clínica para instalação.
7. Instalação	Engenharia Clínica		Procede contato com a empresa vencedora para instalação e obtenção de cronograma de manutenções/calibrações; dependendo do equipamento e da situação, solicita patrimoniamiento e atualiza banco de dados com informações relevantes à compra, garantia e dados para calibração periódica, se necessária.
8. Aceitação do equipamento	Área-meio		Apõe o “De acordo” na documentação de compra e após treinamento, começa a utilizar o equipamento.
9. Finalização do processo	Engenharia Clínica		Encaminha a documentação com “de acordo” da área-meio para Suprimentos.

Nº Revisão: 01	Data: 06/09/12	Pág: 2/2	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--