Procedimento de Manutenção Preventiva

The Heart Laser TMR System, marca PLC, mod. CO₂ série n. 2016.
Número: 0016

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

(1) Manual de serviço- Heart Laser P/N. 0640.007

Frequência: 06 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
HLASM (Safety)	P/N. 0640.007	Pags. 13 á 18
HLASM (Articulated Arm Alignment	P/N. 0640.007	Pags. 71 á 82
HLASM (Maintenance).	P/N. 0640.007	Pags. 85 á 107
Vacuum Pump Oil, Turbo Oil and Cooling Fluid.	P/N. 0640.007	Pags. 95 á 97
Watímetro	Digital	---

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (filtros de ar) _____
- Limpeza externa (Teclado, periféricos e monitor) _____
- Ajustes de potência do Laser _____
- Checagem geral conforme check list do fabricante, em anexo. _____
- Teste de funcionamento. _____

OBS: O VACUM PUMP OIL, TURBO OIL E COOLING FLUID, devem ser trocados a cada ano, a cada SEIS meses é necessário verificar e completar o nível.