

Procedimento de Manutenção Preventiva

Ecocardiógrafo ATL , mod. HDI 3000, FZ 26766.

Número: 0018

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

(1) Manual de serviço- HDI 3000.

Frequência: 03 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
Disquete 128MB	Limpo	
Aspirador de pó	Electrolux	
Simulador de ECG	Dynatech	

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (Trackball e filtros de ar) _____
- Limpeza externa (Teclado, periféricos e monitor) _____
- Teste de funcionamento. _____

OBS: