

Procedimento de Manutenção Preventiva

Ecocardiógrafo Acuson , mod. Sequóia 512.

Número: 0019

Revisão: 1.1

Ass:

Bibliografia:

(1) Manual de serviço- Sequóia 512.

(2) **Frequência:** 03 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
Pano		
Aspirador de pó	Electrolux	
Simulador de ECG	Dynatech	

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (Trackball e filtros de ar) _____
- Limpeza externa (Teclado, periféricos e monitor) _____
- Teste de funcionamento. _____

OBS: