Procedimento de Manutenção Preventiva

Ecocardiógrafo Philips Mod. SD 800 Patrimônio FZ 47985.
Número: 0023

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

- (1) Manual de serviço- Philips SD 800.
- (2) **Frequência:** 03 meses

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
Pano		
Aspirador de pó	Electrolux	
Simulador de ECG	Dynatech	

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (Trackball e filtros de ar) _____
- Limpeza externa (Teclado, periféricos e monitor) _____
- Teste de funcionamento. _____

OBS: