

Procedimento de Manutenção Preventiva

Diálise modelo Prisma

Número: 025

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

- (1) Prisma Service Manual P/N222817-102
- (2) Prisma System- Procedimento de manutenção preventiva P/N306100-0032

Frequência: 1 ano ou 6500Hs

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas		
Multímetro	3½ dígitos	
Kit Prisma	P/N 588141-601	
Analizador de corrente Fuga		
Seringa de 20 ML		
Tubo de seguimento da		

linha de efluente.		
Tubo de seguimento da linha do detetor de ar.		
Test pressure pod assembly	P/N 5881125.000	
Calibrate pressure meter		
Cronometro		
Kit de diálise Prisma	Para teste	
Recipientede 1 litro, com 500ml de água.	Para simular um paciente	
2600-Peso de calibração	São fornecidos com a máquina	
Bolsa de solução salina		