

Procedimento de Manutenção Preventiva

Ventilador Mecânico, Marca Siemens, mod. Servo 300.

Número: 30

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

(1) Manual de Operação- 8.0/9.0.

(2) **Frequência:** 06 meses Aproximadamente, em função do número de horas.

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas	Jensen	
Multímetro	3½ dígitos	
Aspirador de pó	Electrolux	
Circuito respiratório	Drager	
Pulmão Artificial	Drager	
Fluxômetro	Drager	
Kit de 3000 horas	Drager	

Passos:

- Inspeção visual. _____
- Limpeza interna (Filtros de ar) _____
- Limpeza externa (Teclado, periféricos e monitor) _____
- Calibração interna de fluxo e célula de O₂ _____
- Teste de funcionamento. _____
- OBS: