

Procedimento de Manutenção Preventiva

Centrifuga Marca Eppendorf, Beckman e similares Modelo: vários

Revisão: 1.1

Ass:

Bibliografia:

- (1) Manual de serviço- Eppendorf.
- (2) **Frequência:** 12 meses

Material necessário

Nome	Característica	Marca
Tacômetro Digital	Modelo 1726	Ametek
Multímetro	3½ dígitos	Fluke
Álcool Etilico	96%	Nuclear

Passos:

Inspeção Visual	Estado de conservação	
Limpeza	Interna e Externa	
Lubrificação	Rotor e Caçapas	
Teste de funcionamento	Teclados	
Teste de funcionamento	mecanismo e Sensores da porta	
Teste de funcionamento	Testes de velocidade continuo	
Velocidade do rotor	Teste com tacômetro em rpm	