

	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 01
		Edição: 02
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 1/5
Assunto: Desinfecção de Materiais, Aparelhos e Equipamentos de Fisioterapia		Vigência: 02/01/2022

ÍNDICE

- 1. OBJETIVOS**
- 2. ABRANGÊNCIA**
- 3. RESPONSABILIDADES**
- 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**
- 5. DEFINIÇÕES**
- 6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS**
- 7. FLUXOGRAMAS**
- 8. ANEXOS**
- 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 09/12/2014
02	Revisado por Dra Maria Ignêz Z. Feltrim e Dr. Dirceu Carrara 02/01/2017

	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 01
		Edição: 02
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 2/5
Assunto: Desinfecção de Materiais, Aparelhos e Equipamentos de Fisioterapia		Vigência: 02/01/2022

Elaborado por: Ana Maria P. R. da Silva Fisioterapeuta		Aprovado por: Dra Maria Ignêz Z. Feltrim Diretora	
Revisado por: Dra Maria Ignêz Z. Feltrim Diretora Dr. Dirceu Carrara Comissão de Infecção	02/01/2022	Dr. Dirceu Carrara Comissão de Infecção	02/01/2022

1. OBJETIVOS

- 1.1 Evitar contaminação cruzada.
- 1.2 Manter a higienização dos materiais, aparelhos e equipamentos, assegurando maior durabilidade e boas condições de funcionamento.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 Equipe de Fisioterapia.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Fisioterapeuta.
- 3.2 Auxiliares de enfermagem locados no Serviço de Fisioterapia.
- 3.3 Equipe de enfermagem das unidades.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 4.1 Não se aplica.

5. DEFINIÇÕES

- 5.1 Desinfecção é a destruição de micro-organismos, exceto os esporolados, pela aplicação de meios físicos ou químicos, em superfícies.

	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 01
		Edição: 02
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 3/5
Assunto: Desinfecção de Materiais, Aparelhos e Equipamentos de Fisioterapia		Vigência: 02/01/2022

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

6.1 MATERIAIS PERMANENTES

6.1..1 **Tornozeleiras / Caneleiras:** Envolver sempre com uma toalha/faixa/fronha para proteger o material e nunca colocar em contato direto com a pele do paciente. Não deve ser utilizado álcool para desinfecção. Quando estiverem com acúmulo de sujeira, os mesmos devem ser encaminhados para lavanderia como “roll especial” (combinar com enfermeira Vilma, ramal 5561), via serviço.

6.1..2 **Halteres / Peso** (plástico ou metal): Deve ser feita desinfecção com pano umedecido com quaternário de amônia ou álcool 70% após o uso.

6.1..3 **Thera-Band** (faixas elásticas): Desinfecção com tecido umedecido com quaternário de amônia ou lavar com água e sabão neutro (informação confirmada com representante) na sala de utilidades/expurgo da unidade e seco com toalha a cada troca de paciente. Deixar em local arejado para secagem completa após a lavagem antes de ser guardado.

6.1..4 **Colete torácico e faixa glútea do elevador de mobilidade:** Utilizar toalha/lençol/fronha não estéril para proteger o colete e a faixa que deve ser trocado a cada paciente. Desprezar o protetor ao guardar o elevador e acessórios. Quando estiverem com acúmulo de sujeira, os mesmos devem ser encaminhados para lavanderia como *roll* especial (combinar com enfermeira Vilma, ramal 5561) via serviço.

6.2 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

6.2..1 **Aparelhos ou Equipamentos de Avaliação e Terapia Respiratória:** ventilometro; espirometro portátil; medidor de pressão de *cuff*; manovacuumetro digital e analógico; oxímetros portáteis; sensores de oxímetro, ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos, máquina da tosse.

	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 01
		Edição: 02
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 4/5
Assunto: Desinfecção de Materiais, Aparelhos e Equipamentos de Fisioterapia		Vigência: 02/01/2022

- 6.2..2 **Equipamentos de eletroterapia portáteis:** US; TENS; eletroestimuladores; massagador elétrico; ondas curtas.
- 6.2..3 **Equipamentos para atividade física:** esteira ergométrica; elevador de mobilidade; compressor pneumático. Devem ser feita desinfecção com pano umedecido com quaternário de amônia ou álcool 70% a cada troca de paciente.
- 6.2..4 **Bola e rolo terapêutico.** Deve ser feita desinfecção com pano umedecido em quaternário de amônia ou álcool 70% a cada troca de paciente.

6.3 OUTRAS RECOMENDAÇÕES

- 6.3..1 **Material estéril de Assistência Ventilatória:** ao ser aberto deve ter anotado na embalagem o nome do paciente, data de abertura e assinatura do fisioterapeuta.
- 6.3..2 **Conectores para Suporte de Oxigênio para Máscara de VNI:** Preparo: lavar as mãos e utilizar luvas para preparar. Cortar uma sonda nasogástrica nº 16 ou 18 em pedaços de aproximadamente 4 centímetros, com lamina cirúrgica aberta para tal. Após preparar, acondicionar em um pote coletor de urina estéril, anotar a data e nome do fisioterapeuta no pote, e mantendo-o fechado.
- 6.3..3 **Eletrodos para Eletroestimulação:** Deve ser de uso individual, ao abrir a embalagem identificar com o nome do paciente e data de abertura e deixá-los no quarto do paciente para posteriores utilizações, descartar após interrupção total da terapia.
- 6.3..4 **Válvula Unidirecional para Medida de PI e PE Máxima:** Utilizar sempre com filtro entre o intermediário da cânula orotraqueal e o tubo T no qual serão conectados o manovacuômetro e a válvula unidirecional, anotar na embalagem da válvula a data de abertura da embalagem e do próximo envio para desinfecção (até 7 dias a partir da abertura). Manipular sempre com luvas.
- 6.3..5 **Utilização de Filtro entre o Ventilador Não Invasiva (VNI) e o Circuito:** recomendado para proteção do maquinário interno do equipamento, ao instalar identificar com a data de instalação e a da próxima troca (30 dias a partir da instalação). A troca deverá ser antecipada na presença de sujidade no filtro.

	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 01
		Edição: 02
Área: Serviço de Fisioterapia		Página: 5/5
Assunto: Desinfecção de Materiais, Aparelhos e Equipamentos de Fisioterapia		Vigência: 02/01/2022

- 6.3..6 **Produtos Químicos:** utilizados durante atendimento fisioterapêutico (vaselina, álcool, gel), ao abrir a embalagem colar etiqueta com a data de abertura, período de validade de 30 dias e assinar.
- 6.3..7 **Produtos Químicos** (álcool, quaternário de amônia): utilizados para higienizar aparelhos e equipamentos, ao abrir a embalagem colar etiqueta com a data de abertura e assinar, nesse caso poder ser utilizado até o término do produto.
- 6.3..8 **Facilitador para Fixação de Cânula Orotraqueal:** utilizar apenas solução alcoólica para remoção do excesso de oleosidade da pele.
- 6.3..9 Não borrifar o produto diretamente nas superfícies e sim em um tecido.
- 6.3..10 Paciente em isolamento que permanece com o aparelho/equipamento no quarto, deve ser feita desinfecção do aparelho/equipamento quando ocorrer interrupção do tratamento fisioterapêutico ou quando o mesmo estiver visivelmente com sujidades.
- 6.3..11 Fazer uso sempre de luvas de procedimento ao realizar as ações de desinfecção.

7. FLUXOGRAMAS

- 7.1 Não se aplica.

8. ANEXOS

- 8.1 Não se aplica.

9. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- 9.1 Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). www.anvisa.gov.br
- 9.2 Recomendações da Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar (SCCIH)