



# Formulário HCFMUSP

SFARM-FOR-CFD-029-V02

InCor – Serviço de Farmácia

Data da Revisão: 13/07/2020

Processos

Registro de Temperatura de Geladeira – Anexo V

Próxima Revisão: 13/07/2022

Unidade / Local.: \_\_\_\_\_

Geladeira nº.: \_\_\_\_\_ Termômetro nº.: \_\_\_\_\_ Mês / Ano.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**TEMPERATURA**  
**+2°C à +8°C**

DIA	MANHÃ - 07h00 às 09h00					TARDE - 16h00 às 17h00					NOITE - 00h00 às 02h00					TESTE DE ALARME		OBSERVAÇÕES
	TEMPERATURA					TEMPERATURA					TEMPERATURA					HORA	RUBRICA	
	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	RUBRICA	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

ELABORADO POR:  
Nome: Deanildo Vale Diniz  
Setor: Unidade de Farmácia

VERIFICADO POR:  
Nome: Dr. Valter Garcia Santos  
Setor: Unidade de Farmácia

APROVADO POR:  
Nome: Dra. Sonia Lucena Cipriano  
Setor: Diretoria Téc. SV Farmácia



# Formulário HCFMUSP

SFARM-FOR-CFD-029-V02

InCor – Serviço de Farmácia

Data da Revisão: 13/07/2020

Processos

Registro de Temperatura de Geladeira – Anexo V

Próxima Revisão: 13/07/2022

DIA	MANHÃ - 07h00 às 09h00					TARDE - 16h00 às 17h00					NOITE - 00h00 às 02h00					TESTE DE ALARME		OBSERVAÇÕES
	TEMPERATURA					TEMPERATURA					TEMPERATURA					HORA	RUBRICA	
	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	ATUAL	MÁXIMA	MÍNIMA	RUBRICA	HORA	RUBRICA	
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

- Obs.:
1. Verificar se a temperatura observada está dentro da faixa de +2 à +8°C;
  2. Quando a temperatura observada não corresponder as descritas acima, verificar a posição do termômetro e/ou informar ao farmacêutico responsável sobre o ocorrido para que este providencie o conserto do equipamento e descarte os medicamentos que poderiam ter sido afetados pela temperatura irregular;
  3. É proibido a guarda de refrigerantes e outros alimentos no refrigerador para estocagem de medicamentos;
  4. O teste de alarme será realizado dos as quintas - feiras.

ELABORADO POR:  
Nome: Deanildo Vale Diniz  
Setor: Unidade de Farmácia

VERIFICADO POR:  
Nome: Dr. Valter Garcia Santos  
Setor: Unidade de Farmácia

APROVADO POR:  
Nome: Dra. Sonia Lucena Cipriano  
Setor: Diretoria Téc. SV Farmácia